




180010260273



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0227

No. TJA20211109-0610

检 验 报 告

样 品 名 称: 提手式 95kPa 核酸检测用转运罐
受 检 单 位: 德泽睿行(北京)科技发展有限公司
检 验 类 型: 委托检验

中国包装科研测试中心

国家包装产品质量检验检测中心(天津)

中国·天津·经济技术开发区黄海路海川街2号

TEL: 86. 22. 66231623/1625 FAX: 86. 22. 66231624

<http://www.packagetest.net>

Email: cpirtclab@packagetest.net



检 验 报 告

No. TJA20211109-0610

样品名称	提手式 95kPa 核酸检测用转运罐			规格型号	TS-HS-JCGZ
生产日期	/	商标	南北川行		
生产批号	/				
委托单位名称	德泽睿行(北京)科技发展有限公司			样品等级	/
委托单位地址	北京市顺义区李桥镇沮沟村平安街 129 号 12 幢 1 层 164 室				
受检单位名称	德泽睿行(北京)科技发展有限公司				
生产单位名称	德泽睿行(北京)科技发展有限公司				
检验类别	委托检验	委托人员	曾新	委托日期	2021 年 08 月 30 日
样品数量	5 件	到样日期	2021 年 08 月 30 日	检验日期	2021 年 09 月 24 日
样品描述	提手式 95kPa 核酸检测用转运罐, 样品外观均无异常。				
检验依据	IATA 危险品规格 62 版、危险物品安全航空运输技术细则 ICAO Doc 9284-AN/905 2021-2022				
判定依据	IATA 危险品规格 62 版、危险物品安全航空运输技术细则 ICAO Doc 9284-AN/905 2021-2022				
检验项目	密封试验				
检验结论	检验结果见后。				
备注	/				

编制:

王江彦

审核:

史岩

批准:

汪志立

检 验 报 告

No. TJA20211109-0610

序号	检验项目		单位	标准要求	实测结果	单项判定
1	密封试验	压差 95kPa, -40℃, 30min	/	次容器应无渗漏。	次容器均无渗漏。	符合
		压差 95kPa, 55℃, 30min	/	次容器应无渗漏。	次容器均无渗漏。	
备注 /						



-----以下空白-----